



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรไม่รับราคา บริษัท โกลบอล เซลตี้แคร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ๔,๗๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเสนอราคารายต่ำสุด เนื่องจากยื่นข้อเสนอมายังเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขประกวดราคาข้อ (๔.๓) คุณลักษณะเฉพาะและแค็ตตาล็อกของครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง คณะกรรมการได้ให้บริษัทฯ นำเครื่องมาสาธิตการใช้งาน ปรากฏว่า มี connector สำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัว Humidifier chamber กับตัวเครื่องเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศจากคนไข้เข้าเครื่องนั้น เมื่อศึกษาดูจากลักษณะตัวเครื่อง การไหลของอากาศมีโอกาสเสี่ยงสูงมากหากการไหลกลับของอากาศและน้ำเข้าไปในเครื่องได้ ทำให้ตัวเครื่องปนเปื้อนเชื้อโรคและต้องทำการฆ่าเชื้อ คณะกรรมการพิจารณาประกวดอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้ว เห็นว่า...เป็นสาระสำคัญ...จึงพิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ

ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรพิจารณาผู้เสนอราคา รายที่ ๒ คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๘๔,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรณรงค์ ศรีม่วง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี