



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิักซ์ หลอดแอลอีดี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด
มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดยมีผู้เสนอราคารายต่ำสุด คือ บริษัท เอส.เจ.(๑๙๙๓) จำกัด
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุด เนื่องจากไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ตามเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๓.๑ (๔.๒) และผิดคุณลักษณะเฉพาะ
ของโรงพยาบาลฯ ในข้อดังนี้

ข้อ ๓ คุณสมบัติทั่วไป

๓.๓ หัวโคมมีราวจับ ๒ ด้าน ตำแหน่งกลางหัวโคมไฟ มีด้ามจับที่สามารถสวม และถอดปลอกด้ามจับ
เพื่อนำไปบอหนึ่งฆ่าเชื้อได้ และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมความสว่าง หรือปรับขนาดวงแสงระหว่างการผ่าตัด
ได้ในตัว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ตามรูปหัวโคมเป็นแบบวงกลม ไม่มีที่จับด้านข้างโคม

๓.๗ ด้านข้างหัวโคมมี Control panel เป็นแบบกด สามารถใช้งานปรับตั้งค่าต่างๆ ได้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ตำแหน่งที่แจ้งไว้ในแบบรูป คือตำแหน่งที่แขนโคม ไม่ใช่ด้านข้างโคม

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค โคมไฟผ่าตัดหลัก และโคมไฟผ่าตัดเสริม ดังนี้

๔.๒ สามารถปรับลักษณะพื้นที่ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๒ แบบ คือ แบบวงกลม และแบบวงรี
ตามรูปแบบแปลผ่าตัด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีระบุไว้ และไม่มีแบบวงรี

๔.๙ สามารถปรับเพิ่ม และลด ความเข้มแสงได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๓๐ จนถึง ร้อยละ ๑๐๐
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีระบุไว้ ๓๐ - ๑๐๐% ซึ่งระบุแค่ ๔๐ - ๑๖๐KLx

๔.๑๐ สามารถปรับใช้โหมดแสงเรือง (Backlite Operation) สำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง
ที่ระดับความเข้ม ร้อยละ ๑ จนถึงร้อยละ ๓๐ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีระบุเป็นตัวเลข
ตามสเปคที่กำหนดไว้

๔.๑๑ มีจำนวนหลอดไฟ LED เป็นชนิด High-performance LED ทั้งหมดไม่เกิน ๙๖ หลอด
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีระบุไว้หลอดเป็น High-performance LED

๔.๑๒ ใช้หลอดแอลอีดีแบบ Warm white LED และ Cold white LED ร่วมกับ High-tech
lenses เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของหลอดแอลอีดีในแต่ละดวงได้ ทำให้ได้กำลังการส่องสว่างที่สูง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีระบุเรื่องของ High-tech lenses

๔.๑๔ ตัวโคมมีลักษณะผิวเรียบ ไร้รอยต่อ (Seamless) และใช้กระจกชนิดพิเศษ Genuine glass มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง (tempered safety glass) มีมาตรฐานกันฝุ่น และน้ำ ระดับ IP๕๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีและไม่ระบุการใช้กระจกชนิดพิเศษ Genuine glass และไม่ระบุมาตรฐานความปลอดภัยสูง (tempered safety glass)

๔.๑๕ มีเทคโนโลยีในการช่วยหลบเงาในระหว่างผ่าตัด ASM (Active Shadow Management) โดยใช้ Sensor จำนวน ๑๒ ชั้น ที่ตัวโคม ทำหน้าที่ตรวจจับการเกิดเงา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีระบุเรื่องของ Sensor จำนวน ๑๒ ชั้น

ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรพิจารณาผู้เสนอราคา รายที่ ๒ คือ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒.๔๑ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี